

KARTA GWARANCYJNA

OGÓLNE INFORMACJE O UŻYTKOWANIU MATERACY




SLEEPMED

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP WYROBU MEDYCZNEGO MARKI SLEEP MED.

Gratulujemy trafnego wyboru!

OGÓLNE INFORMACJE O UŻYTKOWANIU MATERACY

1. Wyrób medyczny jest przeznaczony do snu oraz wypoczynku.
2. Wyrób medyczny zachowuje swoje właściwości:
 - w temperaturze od 10 do 27°C,
 - w środowisku o wilgotności nie większej niż 70%.
3. Ułożenie na podłożu w postaci elastycznego lub drewnianego stelaża, w którym odstępy między listwami wynoszą 3-4 cm i składa się z min. 18 listwek zapewni prawidłową wentylację materaca. Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu medycznego np. bezpośrednio na podłodze czy jednolitej płycie. Takie ułożenie może spowodować zbieranie wilgoci w dolnej strefie materaca na skutek braku odpowiedniej wentylacji.
4. Do materacy sprężynowych zalecamy stelaże elastyczne, do materacy piankowych oprócz stelaży elastycznych proponujemy również stelaże regulowane ręcznie lub mechanicznie. Bezpieczne i prawidłowe korzystanie ze stelaża jest uwarunkowane jego podparciem na całej długości po obu stronach ramy łóżka oraz listwa centralna biegnąca od frontu łóżka do wezgłowia.
5. Wyroby medyczne należy chronić przed działaniem cieczy, temperatur powyżej 50°C oraz otwartego ognia.
6. Wyroby medyczne mogą się charakteryzować specyficznym zapachem komponentów użytych do ich produkcji, szczególnie intensywnym w początkowym okresie użytkowania. Specyficzny zapach nie oznacza, że wyrób medyczny jest szkodliwy dla zdrowia.
7. Poszczególne egzemplarze wyrobu medycznego mogą się różnić szerokością i długością od wymiarów nominalnych o 1%.
8. W trakcie użytkowania materaca na jego powierzchni mogą pojawiać się trwałe odkształcenia o głębokości do 10% wysokości materaca, stanowiące całkowicie naturalne następstwo użytkowania materaca.
9. W przypadku wyrobów medycznych o

- wkładzie piankowym lub lateksowym, wkład piankowy lub płyta lateksu może być klejona w celu uzyskania wymaganego rozmiaru. Producent gwarantuje, że układ sreif komfortu w takim wypadku nie zostanie w istotny sposób zmieniony i nie wpłynie to istotnie na standard użytkowania.
10. Pokrowce przeznaczone do prania posiadają zamki rozdzielcze (z wyjątkiem materacy o nietypowym rozmiarze), wszyte wokół materaca oraz wszywki z informacją o sposobie prania. Należy przestrzegać informacji o sposobie prania zawartych na wszywce. Pokrowiec po praniu może ulec skurczeniu do 5% od wymiaru nominalnego. Przed ponownym założeniem pokrowca na wyrób medyczny należy go odpowiednio naciągnąć.
 11. Zdjęcie pokrowca oznaczonego jako niepralny skutkuje utratą gwarancji.
 12. Wyroby medyczne mogą wydawać dźwięki, które są wynikiem zastosowanych w nich rozwiązań technologicznych i materiałów.
 13. Skakanie po materacu lub długotrwały ucisk punktowy (np. częste siadanie na brzegu materaca) może spowodować uszkodzenie sprężyn i/lub zdeformowanie wkładów piankowych.
 14. Dla zapewnienia lepszej higieny i dłuższego utrzymania czystości materaca głównego zalecamy zastosować materac nawierzchniowy. Materac nawierzchniowy, potocznie nazywany Top, położony bezpośrednio na materacu głównym nie tylko go ostania i chroni przed zabrudzeniem, ale także zwiększa poczucie komfortu podczas snu.
 15. Bezpieczny termin przechowywania materacy pakowanych w formie rolowanej wynosi 4 miesiące licząc od daty ich zakupu. Po tym terminie Hilding Anders Polska zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji z tytułu nieodzyskania właściwych wymiarów materaca po jego rozpakowaniu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wyroby medyczne osiągają właściwy kształt i rozmiary po 3-4 dniach od rozpakowania i rozwinięcia. W tym czasie wyrób medyczny może być użytkowany.
2. Produkty z rdzeniem lateksowym powinny być przed użytkowaniem wstrząśnięte dla prawidłowego ułożenia się wkładu materaca.
3. Przy przenoszeniu wyrobu medycznego należy przestrzegać następujących zasad:
 - wyrób medyczny należy przenosić przez co najmniej 2 osoby,
 - w modelach wyposażonych w uchwyty korzystać z nich,
 - nie należy ciągnąć/pchać wyrobu medycznego po podłodze,
 - chwycić materac w części środkowej, nie za narożnik,
 - nie należy stawiać wyrobu medycznego w pionie gdyż jego przewrócenie może być niebezpieczne dla osób pozostających w jego zasięgu.
4. Ułożenie materaca w ramie łóżka na odpowiednim stelażu, sprawdź czy długość i szerokość ramy odpowiadają wymiarowi materaca. Wyłącznie łóżko dostosowana do rozmiaru materaca nie zakłóca jego właściwego użytkowania.
5. Początkowo nowy materac może wydawać Ci się zbyt twardy lub zbyt miękki. Potrzebujesz maksymalnie miesiąca, by ciało przyzwyczało się do materaca, a materac dostosował się do kształtu Twojego ciała. By zapewnić sobie pełen komfort i w pełni cieszyć się swoim nowym materacem, zalecana jest również odpowiednio dobrana poduszka.

PIELĘGNACJA MATERACA:

1. Każdy materac posiada informację o sposobie pielęgnacji na etykiecie. Stosowanie delikatnych środków piorących i przestrzeganie zaleconej temperatury prania wpływa na zachowanie wyglądu pokrowca.
2. W przypadku pokrowców pralnych dla

- zapewnienia higieny i komfortu użytkowania zalecamy pranie co najmniej co 6 miesięcy.
3. W celu pozbycia się roztoczy i kurzu zalecamy odkurzanie materaca/łóżka tradycyjnym odkurzaczem z zastosowaniem szczotki do tapicerki.
 4. Nie zalecamy czyszczenia wkładów materaca w jakikolwiek sposób.
 5. Do pielęgnacji wyrobu medycznego nie zalecamy używania trzepaczki oraz czyszczących urządzeń parowych.
 6. Nie zalecamy wystawiania wyrobu medycznego na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.
 7. Zaleca się przekładanie materaca na drugą stronę co 6 miesięcy (nie dotyczy materacy jednostronnych i na ramie drewnianej) oraz odwrócenie go o 180° przedłużą jego żywotność.

OPAKOWANIE:

- nie należy chodzić po folii gdyż może to spowodować poślizgnięcie i upadek,
- nie zakładać folii na głowę może dojść do uduszenia,
- zaleca się zachowanie etykiety z opakowania w celu poprawnej identyfikacji wyrobu medycznego.

ŚRODOWISKO NATURALNE:

Materiał, z którego wykonano ten produkt, nadaje się do recyklingu. Sprawdź zasady gospodarowania odpadami w Twojej okolicy i adresy miejsc, gdzie można oddawać przedmioty do ponownego przetworzenia.

KARTA GWARANCYJNA

Ogólne warunki gwarancji

I. DEFINICJE

1. Gwarant /Producent – Hilding Anders Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, adres: ul. Polna 17, 62-095 Murowana Goślina, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000006104, wysokość kapitału zakładowego: 500 000 zł, NIP 778-13-73-655.
2. Wyrób medyczny – materace sprzedawane przez Producenta/Gwaranta.
3. Produkt – pozostałe materace sprzedawane przez Producenta/Gwaranta.
4. Dystrybutor – przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą wyrobów medycznych/produktów.
5. Kupujący – osoba fizyczna nabywająca wyrób medyczny na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. ZAKRES I TERMIN GWARANCJI

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady wyrobu medycznego powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie medycznym (wady wyrobów medycznych powstałe z winy Gwaranta, za które uważa się m.in. zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne).
2. Z tytułu gwarancji Kupujący uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy wyrobu medycznego, o ile wady wyrobu medycznego ujawnią się w okresie gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy wyrobu medycznego Kupującemu przysługiwac będzie prawo wymiany wyrobu medycznego na wolny od wad. Jednocześnie Gwarant/Producent zastrzega sobie prawo do wymiany na inny wyrób medyczny/produkt o zbliżonych parametrach, porównywalny jakościowo.
4. W przypadku zakończenia produkcji reklamowanego wyrobu medycznego Kupującemu przysługiwac będzie dodatkowe prawo wymiany wyrobu medycznego na inny model wskazany przez Producenta/Gwaranta, o zbliżonych parametrach, porównywalny jakościowo.
5. Gwarancja na wyrób medyczny udzielana jest na okres liczony od momentu wydania wyrobu medycznego Kupującemu na 15 lat na wkłady wyrobów medycznych.
6. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

III. WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI:

1. Przedstawienie przez Kupującego karty gwarancyjnej wyrobu medycznego i uprawdopodobnienie okoliczności jego zakupu (przedstawienie np. paragonu, faktury, protokołu odbioru wyrobu itd.).
2. Stosowanie się przez Kupującego do załączonych zawartych w:
 - karcie gwarancyjnej,
 - ogólnych informacjach o użytkowaniu materacy.

IV. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

1. Wad wyrobu medycznego wynikłych z nieprzestrzegania przez Kupującego zasad określonych w ogólnych informacjach o użytkowaniu materacy.
2. Wad wyrobu medycznego wynikłych z nieodpowiedniego jego przechowywania i transportu przez Kupującego.
3. Zmian naturalnych wyrobu medycznego, powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikłych z właściwości wyrobu medycznego).
4. Wad wyrobu medycznego powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w wyrobie medycznym.
5. Wad wyrobu medycznego powstałych w wyniku zdjęcia pokrowca niepralnego.
6. Niezgodności wynikającej z mechanicznego uszkodzenia materiału wskutek użytkowania niewłaściwych zabezpieczeń.
7. Wad wyrobu medycznego ze względu na niewłaściwe dobraną przez Kupującego twardość materaca.
8. Wad wyrobu medycznego, powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania.
9. O wadzie wyrobu medycznego nie stanowi jego zapach oraz dźwięk pracujących elementów materaca.

V. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:

1. W przypadku wystąpienia wady w wyrobie medycznym, Kupujący proszony jest zgłosić reklamację z tytułu gwarancji u Dystrybutora u którego zakupił wyrób medyczny lub u Producenta/Gwaranta. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najlepiej w terminie 14 dni od dnia dostrzeżenia wady. W przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez Dystrybutora, Kupujący proszony jest o zgłoszenie wady

2. bezpośrednio Gwarantowi/Producentowi.
2. Zaleca się zaprzestanie użytkowania reklamowanego wyrobu medycznego.
3. W momencie składania reklamacji Kupujący zobowiązany jest przedstawić kartę gwarancyjną wyrobu medycznego i uprawdopodobnić okoliczności zakupu wyrobu medycznego.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną i zawierać: tytuł („Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji”), dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail), dane Dystrybutora, opis reklamowanego wyrobu medycznego (m.in. nazwa, model), określenie daty zakupu wyrobu medycznego, określenie ceny zakupu wyrobu medycznego, określenie daty stwierdzenia wady, opis okoliczności stwierdzenia wady, dokładny opis wady, opis okoliczności użytkowania wyrobu medycznego, żądanie Kupującego, opis stanu wyrobu medycznego na moment przekazywania go do reklamacji. Kupujący, składając reklamację może skorzystać z Wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego udostępnianego przez Dystrybutora lub Gwaranta/Producenta, na stronie internetowej www.hilding.pl.
5. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego do właściwej oceny zgłoszonej wady wyrobu medycznego, oraz przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zaleca się dokonać przez Kupującego dokumentacji zdjęciowej i załączenie ich do zgłoszenia reklamacyjnego.
6. W przypadku niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych zdjęć, konieczne jest dostarczenie wyrobu medycznego m.in. w celu przeprowadzenia oględzin, o ile Kupujący nie dostarczył wcześniej wyrobu Dystrybutorowi lub

Gwarantowi/Producentowi. Oględziny są przeprowadzane w siedzibie Gwaranta/Producenta.

7. Reklamowany wyrób medyczny Kupujący może dostarczyć Sprzedawcy lub Gwarantowi – na koszt Gwaranta – za pośrednictwem przedstawiciela Gwaranta lub firmy kurierskiej obsługującej Gwaranta. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z transportu Gwaranta, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą lub Gwarantem w celu umówienia terminu odbioru wyrobu medycznego od Kupującego.
8. Zaleca się właściwe zabezpieczenie wyrobu medycznego na czas transportu i jego oznaczenie na opakowaniu w sposób jednoznacznie identyfikujący reklamację (np. oznaczenie Kupującego, nr zgłoszenia reklamacyjnego według ewidencji Gwaranta lub Dystrybutora, nazwa Dystrybutora).
9. Reklamowany wyrób medyczny powinien być dostarczony Sprzedawcy lub Gwarantowi czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin wyrobu.

VI. ROZPATRZENIE REKLAMACJI:


1. Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 28 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia wyrobu medycznego przez Kupującego Sprzedawcy lub Gwarantowi. Gwarant/Producent dąży do wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
2. Gwarant/Producent nie udostępnia produktu zastępczego na okres wykonywania swoich obowiązków wynikających z gwarancji.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

MODEL I ROZMIAR MATERACA

DATA ZAKUPU

DATA

PIECZĘĆ PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA





czyścić przy pomocy pary wodnej. Materacy nie należy suszyć na słońcu, materac powinien być regularnie wietrzony. Ewentualne zabrudzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. W przypadku zalania, zamoczenia materaca suszyć w pozycji poziomej, nie odwracając go. Woda (wilgoć) powinna odparowywać stale w jednym kierunku. Materac powinien być umieszczony na podstawie gwarantującej dostęp powietrza od spodu. Pokrowiec materaca jest przeznaczony do zdejmowania, należy go zdjąć i suszyć osobno.

KONSERWACJA POKROWCA

Pokrowiec materaca jest pokrowcem zdejmowanym. W środkowej części pokrowca z 4 stron wszyty jest zamek, ułatwiający zdejmowanie. Przed praniem pokrowiec należy bezwzględnie zasunąć co najmniej z 3 stron. Pokrowiec należy prać w temperaturze zgodnie z instrukcją prania dołączoną do pokrowca z użyciem delikatnych detergentów, nie chlorować, nie czyścić chemicznie. Nie suszyć mechanicznie. Suszyć w pozycji pionowej. Nie prasować. Do każdego materaca wszywana jest metka zawierająca wskazówki pielęgnacyjne. Należy przestrzegać tych wskazówek, aby poprzez niewłaściwą pielęgnację nie zniszczyć pokrowca materaca.

Data ostatniej aktualizacji: 25 marca 2020

Wyroby medyczne takie jak materace dedykowane są osobom zdrowym w celach profilaktyki wad rozwojowych układu ruchowego, jak również osobom zmagającym się z problemami z kręgosłupem lub wadami postawy w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków choroby oraz w przeciwdziałaniu powstawania odleżyn. Przede wszystkim materac należy dobrać do indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Jeżeli cierpią Państwo na poważne schorzenia kręgosłupa wybór materaca należy skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi lub właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mieszka.

KUPIJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI INSTRUKCJI UŻYWANIA DOT.:

Materacy piankowych: Comfort, Comfort Plus, Premium, Premium Plus, Supreme, Supreme Plus
Materacy sprężynowych: Hybrid Comfort Plus, Hybrid Premium, Hybrid Premium Plus, Hybrid Supreme, Hybrid Supreme Plus.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji Używania. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w Instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. Nie używać, jeżeli wyrób medyczny jest uszkodzony.








PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn: Supreme, Supreme Plus, Hybrid Supreme, Hybrid Supreme Plus
- wspomaganie procesu rehabilitacji wad postawy: Premium, Premium Plus, Hybrid Premium, Hybrid Premium Plus
- profilaktyka wad rozwojowych układu ruchowego (mięśniowo-kostnego): Comfort, Comfort Plus, Hybrid Comfort Plus

KONSERWACJA WKŁADU MATERACA

Materaca nie należy kłaść na podłożach takich jak podłoga czy lita płyta, które uniemożliwiają wentylację. Materace należy przynajmniej raz na 6 miesięcy obrócić, (z wyłączeniem materacy jednostronnych), zwiększa to żywotność i poprawia higienę snu. Materace są po wyprodukowaniu wietrzone, mimo tego mogą odznaczać się własnym, specyficznym zapachem, który zanika w miarę upływu czasu. Materaca bez wyraźnego oznakowania o możliwości prania nie należy czyścić chemicznie, prać na mokro lub

LEGENDA

	wyrób medyczny		numer katalogowy
	wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745		producent
	uwaga! zapoznaj się z instrukcją obsługi		data produkcji
	skonsultuj się z instrukcją obsługi		



Hilding Anders Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 17
62-095 Murowana Goślina
tel. +48 61 642 14 00
fax +48 61 642 14 10
info.pl@hildinganders.com

A part of the HILDING ANDERS family